

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和6年1月9日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	PCB 含有量の測定方法は、「低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法（第5版）」に記載されている、①GC/HRMS 法、②GC/MS/MS 法、③GC/QMS 法 のいずれを採用してもよろしいでしょうか？	問題ありません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)